

灭菌器使用单位相关资质办理指南

Sunyoungster 尧勋 (仅供参考)



第一部分：法律依据

- 1: 《计量法》
- 2: 《特种设备安全法》
- 3: TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》--大容规

第二部分：办理使用登记前置条件

- 1: 使用单位需要有人员持有：
 - A: “特种设备作业人员证”对应的“R1 快开门压力容器操作”
 - B: 一个单位超过 20 台以上各种特种设备（不单指灭菌器），还需要有“特种设备安全管理员证”
 - C: 法人单位需提供“营业执照复印件”和“法人证明”
- 2: 高压灭菌器本身需提供的资料
 - A: 压力表需要提供半年有效期的强制检定的检定报告（强检需要看属地是否认可外地的报告）
根据《计量法》的要求，高压灭菌器属于强制检定，为 A 级管理范围，国家规定每半年检定一次。
 - B: 安全阀需要提供 1 年有效期的第三方校验报告
根据《压力容器安全技术监察规程》的要求安全附件要实行定期检验，安全阀每年至少检验 1 次。
 - C: 产品质量证明书（包含制造监督检验证书、产品数据表、压力容器产品合格证、安全分析报告）

证书编号: JY-RC-A6-2014-0366

特种设备制造监督检验证书

(压力容器)

制造单位	无锡品腾压力容器有限公司		
制造许可级别	A2(第II类低、中压力容器)	制造许可证编号	TS2210F23-2016
设备类别	第 I 类	产品名称	灭菌器
产品编号	2014096-14	设备代码	217010F2320140290
设计单位	绍兴市锦成工程设计有限公司		
设计许可证书号	TS1210598-2015	产品型号	HC111-12-021-01
设计日期	2012年06月20日	制造日期	2014年12月31日

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，该台压力容器产品经我机构监督检验，安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求，特发此证书，并且在该台压力容器产品铭牌上打有如下监检标志。

TS

监检员: 孙峰 日期: 2014年12月31日
 审核: 孙峰 日期: 2015年01月04日
 批准: 孙峰 日期: 2015年01月04日

监检机构: 江苏省特种设备安全监督检验研究院 (监检机构检验专用章)
 机构核准证号: TS7110213-2015 (2015年01月04日)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》规定，该设备应当到设备使用地质量技术监督部门办理使用登记。

此证书一式三份，由监检单位、使用单位和受检单位分别留存。

地址: 江门市东外环路188号 电话: 0510-81660830 邮编: 214434

上海市计量测试技术研究院
华东国家计量测试中心

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2019G60-20-2254245015

送检单位: 上海尧勋智能科技有限公司

计量器具名称: 压力表

型号/规格: (-0.1-0.5)MPa

出厂编号: L191128238

制造单位: SSI

检定依据: JJG 52-2013 (弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表)

检定结论: 2.5级合格

批准人: 丁峰

校验员: 陈鑫

检定员: 常福祥

检定日期: 2019年12月24日

有效期至: 2020年06月23日

计量检定机构证书号: (国法计[2017]01019号)01039号

地址: 上海市浦东新区张江路1500号(总部)

电话: 021-38839800

网址: www.simt.com.cn

Q/SK JL 50-A / 0

安全阀校验报告

报告编号: SW19-09-1495QT

使用单位	上海尧勋智能科技有限公司		
单位地址	上海市松江区泗泾镇社区家路89号29幢25号		
联系人	王兆亮	联系电话	18501739860
设备代码		安装位置	灭菌器
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 背压式 <input type="checkbox"/> 先导式	安全阀型号	A38X-16T DN8
	<input type="checkbox"/> 直排式		
工作压力	MPa	工作介质	蒸汽
要求整定压力	0.26 MPa	执行标准	GB/T 12243 TSG ZF001
校验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 离线 <input type="checkbox"/> 在线	校验介质	氮气
整定压力	0.26 MPa	密封试验压力	0.23 MPa
校验结果	合格		

防护状况说明: 合格

校验: 铅封。

校验日期	2019年09月20日	下次校验日期	2020年09月19日
校验员	陈鑫		
日期	2019年09月20日		
W: 孙峰	(校验机构校验专用章)		
日期	2019年09月20日		

地址: 上海市安亭镇曹公路34号 邮编: 201805
 电话: 021-59576004 021-59576705 传真: 021-59576004

3: 制造厂家需到当地省特检处申请开通备案通道，即可申请使用告知办理“特种设备使用登记证”

特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 杂物电梯

使用单位: 测试使用

单位内编号: # 设备代码: 111

登记机关: 金华市质量技术监督局

检验机构: 金华市特种设备检测中心

登记证编号: 梯43浙G0000111111 下次检验日期:

维保单位: 测试维保单位 应急救援电话: 1

电梯乘客应当遵守安全使用说明和安全注意事项的要求, 服从有关工作人员的管理和指挥。

识别码: 1940



